

Paniówki, dnia 01.03.2018r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach projektu pod tytułem „Uruchomienie specjalistycznego laboratorium badawczego” w firmie ELTEAM.

W związku z otrzymanymi od Wykonawcy pytaniami do treści specyfikacji zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących postępowania nr 3. Tester przekaźników elektrycznych pozycja wejść pomiarowych analogowych.

1. Do jakich celów potrzebuje Pan wykorzystywać wejścia analogowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wejścia analogowe wykorzystywane będą do rejestrowania wartości chwilowych przebiegów napięć i prądów w powszechnie używanych standardach zapisu danych pomiarowych z możliwością analizy widma harmonicznym oraz ich późniejszej obróbki.

Pytanie:

2. Czy są dla Pana istotne wybrane parametry techniczne, jak dokładna ilość wejść pomiarowych, częstotliwość próbkowania etc. ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość wejść analogowych określona została na minimum 2, są to wejścia pozwalające na pomiar sygnałów szybkodziennych w czasie o dowolnym kształcie i potencjale, zabezpieczone oczywiście przed uszkodzeniem jak np. zwarcia, czy przepięcia. Częstotliwość próbkowania powinna być tak dobrana, by umożliwić dokładny pomiar w pełnym zakresie sygnałów na wejściach analogowych.

Z poważaniem

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI
„ELTEAM”
Wojciech Wróblewski
44-177 PANIÓWKI, ul. Gliwicka 86
NIP: 9690967574 REGON: 278151048