

Paniówki, dnia 15.02.2018r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach projektu pod tytułem „Uruchomienie specjalistycznego laboratorium badawczego” w firmie ELTEAM.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami do treści specyfikacji zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Czy wymagane minimalne napięcie impulsowe większe lub równe 200kV jest napięciem nominalnym czy minimalnym napięciem probierczym uzyskiwanym po uwzględnieniu współczynnika sprawności generatora?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymagane minimalne napięcie impulsowe jest minimalnym napięciem probierczym uzyskiwanym po uwzględnieniu współczynnika sprawności generatora.

Pytanie:

Czy moc impulsu udarowego większa lub równa 5kJ jest wymaganą minimalną mocą całkowitą generatora udarowego, czy wymaganą minimalną mocą na każdy stopień generatora?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż moc impulsu udarowego większa lub równa 5kJ jest wymaganą minimalną mocą impulsu udarowego przypadającą na każdy ze stopni generatora.



PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI

„ELTEAM”

Wojciech Wróblewski

Z poważaniem

44-177 PANIÓWKI, ul. Gliwicka 86

NIP: 9690967574 REGON: 278151048


Wojciech Wróblewski