

Paniówki, dnia 19.02.2018r.

### Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy:** Realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach projektu pod tytułem „Uruchomienie specjalistycznego laboratorium badawczego” w firmie ELTEAM.

W związku z otrzymanym od Wykonawcy pytaniem do treści specyfikacji zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o informację czy zestaw generatorów udarowych wysokiego napięcia powinien obejmować elementy systemu bezpieczeństwa. Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zestaw generatorów udarowych wysokiego napięcia musi zawierać elementy systemu bezpieczeństwa. System ten musi składać się minimum z: płyty podłogowej wraz z konstrukcjami wsporczymi i instalacją ekranująco-uziemiającą



PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI  
„ELTEAM”  
Wojciech Wróblewski,

Z poważaniem

44-177 PANIÓWKI, ul. Gliwicka 86  
NIP: 9690967574 REGON: 278151048

  
Wojciech Wróblewski